sanabelle
improving medical care

Mobile Handabsaugpumpe

für die schnelle Absaugung von Flüssigkeiten

REF 77710050

WSA.01.06.20 2014-11, Rev 06

sanabelle
improving medical care

Mobile Handabsaugpumpe

Gebrauchsanweisung ..... Seite 4-5

Symbole ..... Seite 6

Vertrieb:

medi1one medical gmbh

Andreas-Stihl-Str. 19 | 71336 Waiblingen | Germany
www.medi1one.de

www.sanabelle-medical.com

Hersteller:

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 | 72172 Sulz a.N. | Germany | Tel.: +49 74 54 / 95 96 0
Fax: +49 74 54 / 95 96 33 | e-mail: info@vbm-medical.de | www.vbm-medical.de

Der Aufbau

optional

Zubehör

Absaugdeckel mit
15 mm ID
REF 3056001
VE = 10 St.

Adapter für
Absaugkatheter
REF 3058060
VE = 10 St.

Sekretbehälter 250 ml
mit Verschlussdeckel
REF 3056250
VE = 10 St.

Sekretbehälter 50 ml
mit Verschlussdeckel
REF 3056050
VE = 10 St.

Tasche für
Handabsaugpumpe
REF 3064000
VE = 1 St.

VERWENDUNGSZWECK

Die Handabsaugpumpe ist ein handbetriebenes Absauggerät und besteht aus einer wiederverwendbaren Vakuumpumpe, zwei Flüssigkeitsbehältern und einem Katheter-Adapter, welcher den Anschluss von trichterförmigen Absaugkathetern ermöglicht.

INDIKATION

Absaugen von Flüssigkeiten aus Mund- und Rachenräumen.

KONTRAINDIKATION

Keine bekannt.

SICHERHEITSHINWEISE

- Gebrauchsanweisung vor der Anwendung des Produktes sorgfältig lesen und beachten.
- Absaugkatheter, Adapter, Behälter und Deckel sind zum Einmalgebrauch bestimmt und dürfen nicht wieder aufbereitet werden. Die Funktion des Absaugkatheters, des Adapters, des Behälters und des Deckels wird durch die Aufbereitung beeinträchtigt. Eine Wiederverwendung birgt das Gefährdungspotenzial einer Infektion.
- Das Produkt wird rein, gebrauchsfertig verpackt geliefert und ist nach dem ersten und jedem weiteren Gebrauch gründlich zu reinigen und zu desinfizieren.

FUNKTIONSKONTROLLE

- Vor Gebrauch prüfen, ob der Griff ein Vakuum erzeugt.
- Die Vakuumöffnung mit einem Finger verschließen.
- Wird der Griff zusammengedrückt, sollte ein Vakuum fühlbar sein und ein weiteres Zusammendrücken erschweren.
- Wenn kein Vakuum erzeugt wird, sollte das Gerät nicht verwendet werden.

ANWENDUNG

- Passenden Absaugkatheter entsprechend Größe des Patienten wählen.
- Wahlweise 250 ml oder 50 ml Behälter mit dem Griff verbinden.
- Absaugkatheter vorsichtig in die Atemwege des Patienten einführen und Atemwege absaugen.

VORSICHT

- Lässt sich die Absaugpumpe nur schwer bedienen, sollte überprüft werden, ob eine Verstopfung vorliegt. Nicht weiter absaugen, bis die Verstopfung beseitigt ist.
- Kontamination des Griffs möglichst vermeiden, indem die Handpumpe nach Füllen des Behälters vertikal gehalten wird. Wir empfehlen, einen Ersatzbehälter bereitzuhalten.

WISCHDESINFEKTION

Zur Desinfektion, muss eine Wischdesinfektion mit handelsüblichen Oberflächendesinfektionsmitteln auf alkoholischer oder nicht alkoholischer Basis (z.B. Incides® N oder Sani Cloth® Aktive der Fa. Ecolab Deutschland GmbH) durchgeführt werden. Bei der Produktauswahl für die Desinfektion müssen Desinfektionsmittel mit geeigneten Wirkungsspektren verwendet werden: bakterizid, levurozid, tuberkulozid und viruzid. Nach der Wischdesinfektion sind die Produkte auf sichtbaren Schmutz zu untersuchen. Falls notwendig, Wischdesinfektion wiederholen. Nach der Wischdesinfektion sind die Produkte gemäß Kapitel „Funktionskontrolle“ zu kontrollieren.

VORSICHT

- Das Produkt kann nicht maschinell oder manuell aufbereitet bzw. sterilisiert werden.
- Bei erfolgloser Wischdesinfektion bzw. hohem Verschmutzungsgrad muss das Produkt gemäß Kapitel „Entsorgung“ entsorgt werden.

SERVICE

Rücksendungen von Medizinprodukten zur Reklamation/Reparatur müssen zuvor gereinigt und desinfiziert werden, damit eine Gefährdung für Mitarbeiter des Herstellers ausgeschlossen wird. Der Hersteller behält sich vor, verschmutzte und kontaminierte Produkte aus Sicherheitsgründen abzulehnen.

LAGER- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN

Die Lebensdauer des Produktes beträgt 5 Jahre.

- Vor Hitze schützen und trocken lagern.
- Vor Sonnenlicht und Lichtquellen schützen.
- In der Originalverpackung lagern und transportieren.

ENTSORGUNG

Die gebrauchten oder beschädigten Produkte müssen gemäß den anwendbaren nationalen und internationalen gesetzlichen Regelungen entsorgt werden.

SYMBOLE

	Hersteller
	Verwendbar bis
REF	Artikelnummer
LOT	Chargencode
NON STERILE Non-stérile	Unsteril
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Von Sonnenlicht und Wärme fernhalten
	Trocken aufbewahren
	Nicht wiederverwenden
	Gebrauchsanweisung beachten
	Achtung
LATEX	Hergestellt ohne Verwendung von Naturlatex.
Rx only	Vorsicht: Der Verkauf oder die Verschreibung dieses Produktes durch einen Arzt unterliegt den Beschränkungen von Bundesgesetzen. Gilt nur für USA und Kanada.
Clean packed	Unsteriles Produkt, verpackt im Reinraum.
CE	CE-Kennzeichnung